



คู่มือแปลผล Compact Dry VP for *V.parahaemolyticus*

Compact Dry VP เป็นจานอาหารเลี้ยงเชื้อสำเร็จรูป สำหรับตรวจ *V.parahaemolyticus* ประกอบด้วยอาหารเลี้ยงเชื้อแบบ Selective ที่มีการเติม Chromogenic enzyme substrate ทำให้โคโลนี *V.parahaemolyticus* มีสีฟ้า/เขียวอมฟ้า



การเตรียมตัวอย่าง

การเตรียมตัวอย่างอาหารที่เป็นของแข็ง

- เตรียมตัวอย่างตามเอกสารอ้างอิง หรือตามที่คุณผู้ผลิตแนะนำ
- ผสมตัวอย่างให้เป็นเนื้อเดียวกัน ด้วยเครื่องผสมตัวอย่าง
- ปิเปตส่วนที่เป็นของเหลวปริมาณ 1 มล. เพื่อนำไปทดสอบต่อไป (ควรเจือจางถ้าจำเป็น)

การเตรียมตัวอย่างอาหารที่เป็นของเหลว

- ปิเปตส่วนที่เป็นของเหลว ปริมาตร 1 มล. เพื่อนำไปทดสอบต่อไป (ควรเจือจางถ้าจำเป็น)

การเตรียมตัวอย่าง Swab

- ปิเปตส่วนที่เป็นของเหลว ปริมาตร 1 มล. ที่ได้จาก cotton Swab (ควรเจือจางถ้าจำเป็น) ลงตรงกลาง plate

วิธีทดสอบโดยใช้ Compact Dry

- ปิเปตตัวอย่าง 1 มล. หยดตัวอย่างลงตรงกลาง plate ตัวอย่างจะกระจายโดยอัตโนมัติ
- ปิดฝาเพลท คว่ำ plate และนำเข้าตู้บ่ม โดยสามารถวางซ้อนทับได้ไม่จำกัดจำนวน

การบ่มเชื้อ

- อุณหภูมิ $35 \pm 2 \text{ }^{\circ}\text{C}$ / ระยะเวลา 18-20 ชั่วโมง

การแปลผล

- นับจำนวนโคโลนีที่ปรากฏจากด้านหลัง plate โดยใช้พื้นหลังที่เป็นสีขาว หรือ Standard colony counter
- *V.parahaemolyticus* จะให้โคโลนีสีฟ้า/เขียวอมฟ้า
- ช่วงที่เหมาะสมต่อการนับคือ 1-300 CFU/plate



V.parahaemolyticus = 68 cfu/mL

- กรณีที่พบโคโลนีมากกว่า 300 โคโลนี สามารถนับได้โดยการประมาณค่า นับจากตารางด้านหลัง plate จำนวน 3 – 4 ช่อง หรือมากกว่า จากนั้นหาค่าเฉลี่ยจำนวนโคโลนี แล้วจึงคูณค่าเฉลี่ยด้วย 20 ตร.ซม.

การเก็บรักษา

- เก็บไว้ที่อุณหภูมิห้อง 1-30 $^{\circ}\text{C}$
- ช่องที่เปิดแล้ว หากใช้ไม่หมด พับปากซองแล้วปิดด้วยเทปกาว เก็บที่อุณหภูมิห้อง 1-30 $^{\circ}\text{C}$ อายุจะเหลือ 1 เดือน

Compact Dry VP for *V.parahaemolyticus*

การตรวจน้ำ หรืออาหารชนิดเหลว

- สำหรับตัวอย่างที่มีการปนเปื้อนสูง หยดตัวอย่าง 1 มล. (ควรเจือจางถ้าจำเป็น) ลงกลาง Plate



- สำหรับตัวอย่างที่มีการปนเปื้อนต่ำ ใช้วิธีการกรองด้วยแผ่นกรอง (Membrane Filtration)

- อุปกรณ์ที่จำเป็น :

- อุปกรณ์การกรอง
- Vacuum pump
- แผ่นกรอง ขนาด 0.45 μ



ขั้นตอนการกรองเพื่อใช้กับ Compact Dry

- เตรียม Compact Dry เปิดฝา plate ออก หยดน้ำกลั่นบริสุทธิ์ ปริมาตร 1 มล. ลงบนกลาง plate



- หยิบแผ่นกรองด้วยปากคีบที่ฆ่าเชื้อ แล้ววางแผ่นกรองให้ตรงตำแหน่ง จากนั้นประกอบกรวยกรองแล้วเทตัวอย่างของเหลวโดยผ่านแผ่นกรอง และคอยดูดความดันลง



- หลังการกรอง ควรล้างพื้นผิวด้านในกรวยด้วยน้ำกลั่นปริมาตร 20-30 มล. และกรองจนหมด ทำซ้ำ 2-3 ครั้ง


- ใช้ปากคีบวางแผ่นกรอง ลงบน Compact Dry โดยให้ด้านที่กรองเช็อยู่ด้านบน ระวังอย่าให้มีฟองอากาศ จากนั้นปิดฝา plate และคว่ำ plate ลง นำไปบ่มตามอุณหภูมิและเวลาที่กำหนดไว้



การตรวจอากาศ

Compact Dry เป็นวิธีการตรวจสอบการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ในสภาพแวดล้อม สามารถใช้เก็บตัวอย่างอากาศ (air sampling) เพื่อใช้ตรวจนับการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ได้ มีวิธีการทดสอบดังนี้

- ก่อนใช้ เติมน Diluent เช่น Alkaline Peptone Water (APW), Standard Method Buffer ,Butterfield's Phosphate Buffer, 0.1% peptone water ลงตรงกลาง Plate Compact Dry ปริมาตร 1 มล. ปิดฝาทิ้งไว้ประมาณ 1 นาที



- นำไปใช้ในการตรวจสภาพแวดล้อมแบบ Air Sampling โดยการเปิดฝา plate ทิ้งไว้บริเวณที่ต้องการทดสอบเป็นเวลา 15 นาที ควรวางไว้ 3 plate ต่อ 1 จุด
- ปิดฝา แล้วคว่ำ plate นำไปบ่มที่อุณหภูมิและระยะเวลาตามที่ระบุไว้ในคู่มือแปลผลของ compact Dry แต่ละชนิด

หมายเหตุ : พื้นที่ของ Plate มาตรฐานคือ 64 cm^2 ดังนั้นจึงควรใช้ Compact Dry (พื้นที่ 20 cm^2) สำหรับงานทดสอบอากาศอย่างน้อย 3 Plate